


单一来源采购方式专业人员论证意见

项目信息	项目名称：经鼻胃镜
	供应商名称：四川华润医疗器械有限公司（代理品牌：奥林巴斯）
专业人员论证意见	<p>1、 <u>经鼻胃镜主要用于小年龄组上消化道检查及一些特殊治疗；</u></p> <p>2、 <u>消化内镜室搬迁至锦江院区后，其所在场所不具备处理医疗废水的条件，内镜清洗消毒改由供应室完成，这导致中间环节时间延长，故需增加内镜数量以满足诊疗工作的正常开展；</u></p> <p>3、 <u>目前消化内镜室所用内镜主机为奥林巴斯 CV-290 型号产品（设备院内自编码为：201907553）能满足科室需求，该内镜主机必须配套经鼻胃镜使用。</u></p>
专业人员签名	
日期	2022.5.10

注：本表格中专业人员由使用科室管理小组成员组成。