


单一来源采购方式专业人员论证意见

项目信息	项目名称: 飞利浦 Brilliance 定位 CT 维保服务
	供应商名称: 飞利浦 (中国) 投资有限公司
专业人员论证意见	<u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u> 放疗定位是肿瘤放射治疗的第一步, 放疗定位 CT 是实现精准放疗的先决条件。我院现有飞利浦 (Philips) 公司 Brilliance Big Bore CT 一台, 专门用于我院肿瘤患者的放疗定位, 日定位量约 35-45 人次。由于放疗定位精度的严格要求, 该设备在扫描孔径、球管硬件参数、检查床及扫描程序等方面都进行了严格的质量控制和质量保证, 并配备了放疗专用的呼吸门控装置, 具有较强的专业性。 在该设备使用期间, 飞利浦公司售后部门按时对其进行定期保养, 保证了较高的年开机率; 在设备故障时, 能通过厂家报修热线及时报修, 厂家常驻成都工程师和所需配件基本能满足到场响应时间。 因此, 从设备软硬件的专有性和准确性, 以及设备厂家维保期间响应速度等方面综合考虑后, 科室管理小组讨论后, 建议在价格合理, 服务提升

	的基础上，单一来源采购原厂维保。
专业人员签名	
日期	

注：本表格中专业人员由使用科室管理小组成员组成。